

湖北美高乐医疗用品有限公司 成品检测报告

产品名称	清洗液	型号/规格	500ml	
品牌	霖恩	订单编号	20260329	
产品批号	20260313	产品数量	8100 瓶	
抽样数量	200 瓶	检验日期	2026/03/13	
检测依据		医疗器械产品技术要求: 鄂潜械备 20230002 《清洗液》		
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	500mL ± 5%	498.18mL	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5~8.5。	6.13	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%, 允差 ± 0.1%。	0.90%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.14	合格
结论		经检验, 所检项目符合鄂潜械备 20230002 《清洗液》产品技术要求, 产品合格。		
备注				

检验人/时间:

李 2026.03.13

复核人/时间:

李 2026.3.13

