



湖北美高乐医疗用品有限公司 成品检测报告

产品名称	清洗液	型号/规格	250ml	
品牌	琛恩	订单编号	20260421	
产品批号	20260408	产品数量	8280 瓶	
抽样数量	200 瓶	检验日期	2026/04/09	
检测依据		医疗器械产品技术要求: 鄂潜械备 20230002 《清洗液》		
序号	项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	应为色泽均匀、透明的液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	装量	250mL ± 5%	250.08mL	合格
3	pH 值	产品 pH 值应为 5.5~8.5。	6.06	合格
4	氯化钠含量	产品氯化钠含量为 0.9%, 允差 ± 0.1%。	0.88%	合格
5	批间差	pH 的批间差 Δ pH 应不大于 0.60。	0.11	合格
结论		经检验, 所检项目符合鄂潜械备 20230002 《清洗液》产品技术要求, 产品合格。		
备注				

检验人/时间:  邵夏 2026.04.09
 复核人/时间:  李伟 2026.4.9

